



Déclaration de conformité UE *EU Declaration of conformity*

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant légal :
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the legal manufacturer:

Manufacturer	THUASNE
Address	120 rue Marius AUFAN, 92300 Levallois-Perret, France
SRN number	FR-MF-000001201

Cette déclaration certifie que - *This is to certify that:*

CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HÔPITAL / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL

Basic-UDI-DI	Code style	Désignation / Description
311179FR0033AEN	139001	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HÔPITAL / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL

Ceinture abdominale / Abdominal belt

Référence / Reference	Désignation / Description	UDI-DI
13900120101500	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H15 TAILLE 1 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H15 SIZE 1	3111790233770
13900120102300	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H23 TAILLE 1 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H23 SIZE 1	3111790233787
13900120103000	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H30 TAILLE 1 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H30 SIZE 1	3111790233794



13900120201500	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H15 TAILLE 2 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H15 SIZE 2	3111790233800
13900120202300	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H23 TAILLE 2 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H23 SIZE 2	3111790233817
13900120203000	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H30 TAILLE 2 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H30 SIZE 2	3111790233824
13900120301500	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H15 TAILLE 3 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H15 SIZE 3	3111790233831
13900120302300	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H23 TAILLE 3 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H23 SIZE 3	3111790233848
13900120303000	CEINTURE ABDOMINALE THUASNE HOPITAL H30 TAILLE 3 / ABDOMINAL BELT THUASNE HOSPITAL H30 SIZE 3	3111790233855

Nomenclature	Code	Description
EMDN	Y060403	Abdominal muscles supports
GMDN	47217	Abdominal binder, reusable

Est un dispositif médical de classe I, par application de la règle 1 de l'annexe VIII du règlement (UE) 2017/745

Est conforme aux exigences de l'annexe I du règlement (UE) 2017/745 applicables aux dispositifs médicaux de classe I

*Is class I medical device by application of the rule 1 of the Annex VIII of the Regulation (EU) 2017/745
Is in conformity with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 Annex I relating to Class I medical devices*

Date de marquage CE - CE marking date : Décembre/December 2009.

Pour Thuasne - For Thuasne:



François MARCHAL,
Directeur Affaires Réglementaires - *Regulatory Affairs Director*

Lieu - *Place*: 27 rue de la Jomayère, 42100 Saint-Etienne – France

Date: 16 février 2022 | 15:01:05 CET

Signature:

DocuSigned by:
Francois Marchal
F2149C0B0770453...